



# Accreditation Scope

ENVIROZONE FOR CONSULTING & TESTING SERVICES LLC, NAL 248

Calibration Laboratory, (ISO/IEC 17025:2017)

Mussafah 40, Abu Dhabi, United Arab Emirates

Issue Date: 21/04/2026

Expiry Date: 20/04/2029

Issue No: 1

Calibration Field/ Quantity/ Property	Measurand / Equipment	Measurement Range	Expanded Measurement Uncertainty (k=2)	Calibration Method (Standard/ Internal Procedure)	Permanent lab (P)/Client- site
Gas Analyzer	Sulphur Dioxide	0-500 ppb 0- 1310 µg/m <sup>3</sup>	4.00%	EZCL-SOP-SO <sub>2</sub> /H <sub>2</sub> S-01, Reference Air Quality Analyzer	P/S
Gas Analyzer	Hydrogen Sulfide	0-500 ppb 0- 750 µg/m <sup>3</sup>	4.00%	EZCL-SOP-SO <sub>2</sub> /H <sub>2</sub> S -01, Reference Air Quality Analyzer	P/S
Gas Analyzer	Nitrogen Oxide	0-500 ppb 0- 615 µg/m <sup>3</sup>	4.00%	EZCL-SOP-NO <sub>x</sub> - 02, Reference Air Quality Analyzer	P/S
Gas Analyzer	Nitrogen Dioxide	0-500 ppb 0- 940 µg/m <sup>3</sup>	4.00%	EZCL-SOP-NO <sub>x</sub> - 02, Reference Air Quality Analyzer	P/S
Gas Analyzer	Ozone	0-500 ppb 0- 980 µg/m <sup>3</sup>	3.00%	EZCL-SOP-O <sub>3</sub> -03, Reference Air Quality Analyzer	P/S
Gas Analyzer	Carbon Monoxide	0-50 ppm 0- 62.5mg/m <sup>3</sup>	3.00%	EZCL-SOP-CO-04, Reference Air Quality Analyzer	P/S
Gas Analyzer	Carbon Dioxide	0-1000 ppm 0- 1800 mg/m <sup>3</sup>	3.00%	EZCL-SOP-CO <sub>2</sub> - 05, Reference Air Quality Analyzer	P/S

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification.



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



# Accreditation Scope

ENVIROZONE FOR CONSULTING & TESTING SERVICES LLC, NAL 248

Calibration Laboratory, (ISO/IEC 17025:2017)

Mussafah 40, Abu Dhabi, United Arab Emirates

Issue Date: 21/04/2026

Expiry Date: 20/04/2029

Issue No: 1

Dust Analyzer	Dust Monitoring Analyzer (TSP)	0-1000 µg/m <sup>3</sup>	4.00%	EZCL-SOP-TSP/PM10 PM2.5-06, Reference Air Quality Analyzer	P/S
Dust Analyzer	Dust Monitoring Analyzer (PM10)	0-1000 µg/m <sup>3</sup>	4.00%	EZCL-SOP-TSP/PM10 PM2.5-06, Reference Air Quality Analyzer	P/S
Dust Analyzer	Dust Monitoring Analyzer (PM2.5)	0-1000 µg/m <sup>3</sup>	4.00%	EZCL-SOP-TSP/PM10 PM2.5-06, Reference Air Quality Analyzer	P/S
Gas Analyzer	Benzene	0-90 µg/m <sup>3</sup>	5.00%	EZCL-SOP-BTEX-07, Reference Air Quality Analyzer	P/S
Gas Analyzer	Toluene	0-90 µg/m <sup>3</sup>	5.00%	EZCL-SOP-BTEX-07, Reference Air Quality Analyzer	P/S
Gas Analyzer	Ethyl-Benzene	0-90 µg/m <sup>3</sup>	7.00%	EZCL-SOP-BTEX-07, Reference Air Quality Analyzer	P/S
Gas Analyzer	m-Xylene	0-90 µg/m <sup>3</sup>	9.00%	EZCL-SOP-BTEX-07, Reference Air Quality Analyzer	P/S
Gas Analyzer	p-Xylene	0-90 µg/m <sup>3</sup>	9.00%	EZCL-SOP-BTEX-07, Reference Air Quality Analyzer	P/S

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification.



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



# Accreditation Scope

ENVIROZONE FOR CONSULTING & TESTING SERVICES LLC, NAL 248  
Calibration Laboratory, (ISO/IEC 17025:2017)

Mussafah 40, Abu Dhabi, United Arab Emirates

Issue Date: 21/04/2026

Expiry Date: 20/04/2029

Issue No: 1

Gas Analyzer	Total Hydrocarbons (THC)	0-20 ppm 0-25 mg/m <sup>3</sup>	5.00%	EZCL-SOP-THC/CH <sub>4</sub> /NMHC-08, Reference Air Quality Analyzer	P/S
Gas Analyzer	CH <sub>4</sub>	0-10 ppm 0-7 mg/m <sup>3</sup>	3.00%	EZCL-SOP-THC/CH <sub>4</sub> /NMHC-08, Reference Air Quality Analyzer	P/S
Gas Analyzer	Non-Methane Hydrocarbons	0-10 ppm 0-18 mg/m <sup>3</sup>	3.00%	EZCL-SOP-THC/CH <sub>4</sub> /NMHC-08, Reference Air Quality Analyzer	P/S
Gas Analyzer	Ammonia	0-500 ppb 0-350 ug/m <sup>3</sup>	5.00%	EZCL-SOP-NH <sub>3</sub> -09, Reference Air Quality Analyzer	P/S
Stack Analyzer	Oxygen	0-25%	3.00%	EZCL-SOP-Stack gas-11, Stack Analyzer	P/S
Stack Analyzer	Carbon Monoxide	0-3000 mg/m <sup>3</sup>	5.00%	EZCL-SOP-Stack gas-11, Stack Analyzer	P/S
Stack Analyzer	Carbon Dioxide	0-30%	5.00%	EZCL-SOP- Stack gas-11, Stack Analyzer	P/S
Stack Analyzer	Nitrogen oxide	0-1500 mg/m <sup>3</sup>	5.00%	EZCL-SOP- Stack gas-11, Stack Analyzer	P/S

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification.



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



# Accreditation Scope

ENVIROZONE FOR CONSULTING & TESTING SERVICES LLC, NAL 248  
Calibration Laboratory, (ISO/IEC 17025:2017)

Mussafah 40, Abu Dhabi, United Arab Emirates

Issue Date: 21/04/2026

Expiry Date: 20/04/2029

Issue No: 1

Stack Analyzer	Nitrogen Dioxide	0-1500 mg/m <sup>3</sup>	5.00%	EZCL-SOP- Stack gas-11, Stack Analyzer	P/S
Stack Analyzer	Methane	0-200 mg/m <sup>3</sup>	5.00%	EZCL-SOP- Stack gas-11, Stack Analyzer	P/S
Stack Analyzer	Total Organic Compound	0-200 mg/m <sup>3</sup>	5.00%	EZCL-SOP- Stack gas-11, Stack Analyzer	P/S
Stack Analyzer	Sulphur dioxide	0-1500 mg/m <sup>3</sup>	5.00%	EZCL-SOP- Stack gas-11, Stack Analyzer	P/S
Stack Analyzer	Dust Analyzer	0-250 mg/m <sup>3</sup>	5.00%	EZCL-SOP-Stack dust-12, Stack Analyzer	P/S
<b>END</b>					

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification.



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.